



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO 03/12/2010
Página 1 de 1

Fecha Remisión: [] Remisión #: [] Auxiliar Mantenimiento: [] No. Orden: []

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: 201804000109 Fecha Inicio: 03/12/20 8:58 Fecha Fin: 03/12/20 10:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI [] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO (SI/NO)

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Mant. preventivo'.

DIAGNÓSTICO TALLER: Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma'.

REPUESTOS USADOS: Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

LABORES REALIZADAS: Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujo)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de aire'.

PARAMETROS DE SALIDA: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Correcto funcionamiento' and signature 'Wilmor G.'.