

68.183.101.57/secura-air/index.php?action=DetailView&module=Mantenimiento&record=8296035&parent=

Creación

Mantenimiento	Correctivo - DM200617135 (2020-11-26)	Equipo	CONCENTRADOR SLTM (SIN DM200617135)
Lugar	EN SEDE	Estado de Ingreso del Equipo	OK
Creado Por Usuario	administrador	Asignado A Grupo	EJE CAFETERO
Creado	2020-11-26 14:24	Modificado	2020-11-27 12:44
Ultima Modificación Por Usuario	WGAVRIA	Finalizado?	si
Relacionado Con	130351788	Estado Orden Mantenimiento	Terminado
Bodega	EjC - TALLER	Técnico	GAVRIA WILMAR
Forma de Creación	Automatico - RT	Consecutivo	97188
Tipo Equipo	CONCENTRADOR	SubTipo Equipo	CONCENTRADOR SLTM
Fallas Encontradas en Paciente		Reporte Mantenimiento	storage/2020/November/week4/8302605_271120_DM200617135.pdf

Parámetros

Fecha de inicio	2020-11-27
-----------------	------------

Labores Realizadas

Tipo de Mantenimiento	Correctivo	Concentración (O ₂ %)	97.5
Presión (Psa)	8.2	Estado Final del Equipo	Aprobado
Horometro	815	Alarma Sonora	OK
Clase de Labor	Mantenimiento Preventivo	Observaciones Entrada a Taller	SE RECOGEN EQUIPOS EN BUENAS CONDICIONES.
Responsable Liberación		Fecha de Finalización	2020-11-27 12:44

Registrar Mantenimiento
Reportar Novedad con Software
Registrar Ticket de Desarrollo

Novedades Agregar

TAG CLOUD Marcado

68.183.101.57/secura-air/index.php?module=ActivosRetornables&action=DetailView&record=7860264

Ultima Modificación	2020-08-27 11:05	Ultima Modificación Por Usuario	ctrujillo
Horas de Uso	157	Propietario	Medistribuciones
Equipo en Tránsito?		ABRV	CNCNTRDR SL
Rango de Edad	Adulto	Insonorizado	N/A
Enfriamiento	N/A	Propiedad del Equipo	Oxaiyuda
Custodia	En Custodia	Modelo de Equipo	CONCENTRADOR DYIMED (2020)
Situación	Cuarentena	Supertipo	Dispositivos Biomedicos
Fecha Ultimo Movimiento	2020-11-27 10:16	Linea de Servicio	OXIGENO

Campos Personalizados

FechaHorometro	2020-08-31
----------------	------------

Observaciones

Descripción	10 Concentradores DYIMED ALQUILADOS por Medistribuciones 25Agosto	Observaciones	10 Concentradores DYIMED ALQUILADOS por Medistribuciones 25Agosto
-------------	---	---------------	---

Información de Stock

Estado de Activo	Cuarentena - OK Sin Falla Reportada	Ubicación	EjC - TALLER
Fecha de Importación	2020-07-01	Fecha de Salida	--
Drainaje de Venta (€)		Fecha DrÁximo_Mantenimiento/General	2022-11-27