# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

| Fecha Revisión | | Revisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Codigo Equipo | NN-2892B | Fecha Inicio | 04/12/23 10:0 | Fecha Fin | 04/12/23 11:39 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## SUMINISTRO REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| PLAGA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | Regilla Lateral | 1 | | Si X | No |
| | | | filtro Lateral (Frontal) | 1 | | Si X | No |
| | | | filtro Lateral (Desgaste) | 1 | | Si X | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 93%) | FLUJOMETRO (0-5Lt) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5Hz) | Pila (0-5Hz) | "Fuga o E" (LO-ES) | REJILLAS (0-1Hz) | FILTROS (0-1Hz) | BASE (0-1Hz) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-1KG) | MANGAS (0-1KG) | RUEDAS (0-1Hz) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10214 | 6.1 | 84.1 | Si | Si | Si | Lo | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. Correctivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 20 min | Genero Alarma | No | X | Cual? | Lo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | Malo | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento | | |

## DIAGNOSTICO TALLER — SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 6.5 V | Verifica voltaje de la pila | 4.6v |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnostico identificado:

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kit 2 pilas Externo | 1 | | | |
| | | 1 | | | |

## LABORES REALIZADAS — PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo 4 (Cierre Suministro) | Se verifica activacion de alarmas(LL - LO - ES) | Lo |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activacion de alarma nivel y sonido (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tejido de flujo | Desconexión líneas plásticas | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Cierre manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

## PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 93%) | FLUJOMETRO (0-5Lt) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5Hz) | Pila (0-5Hz) | "Fuga o E" (LO-ES) | REJILLAS (0-1Hz) | FILTROS (0-1Hz) | BASE (0-1Hz) | CODIGO DE BARRAS: BASE (0-1KG) | MANGAS (0-1KG) | RUEDAS (0-1Hz) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10215 | 6.3 | 92.0 | Si | Si | Si | Lo | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Correcto funcionamiento |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.