# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO | Código: MAD-MAN-FR-008 | Versión: 1 | Fecha Aprobación: 05/06/2015 | Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: ANS-2169B | Fecha Inicio: 9/12/20 11:03 | Fecha Fin: 09/12/20 12:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA (En Mantenimiento)

| HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (89% - 99%) | FLUJÓMETRO (3l-4s) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (3l-4s) | Pila (3l-4s) | "Flujo a 0" (0-02s) | REJILLAS (3l-4s) | FILTROS (3l-4s) | BASE (3l-4s) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (3l - NO) | MANUAL (3l - NO) | RUEDAS (3l-4s) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29009 | 2,7 | 30,7 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | NO | SI | SI | Mant. Correctivo |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 10 min | Generó Alarma: NO [ ] SI [X] | Cual? ES

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI | Con Sistema de Ventilación:

## DIAGNOSTICO TALLER

### TIPOS PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 6 S. V | Verifica voltaje de la pila | 4.80 |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexion neumatica del equipo | OK |
| 3 | Conexion eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electronicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido en la aguja y fuente | Pueke |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripción del diagnostico identificado:

### REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | flujometro | 1 | | | |

## LABORES REALIZADAS

### PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierra flujometro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - Pila) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LAD Flujo ES [illegible]) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión bajada de flujo | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida (activación con presión) | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

PARAMETROS DE SALIDA (En Mantenimiento)

| HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (89% - 99%) | FLUJÓMETRO (3l-4s) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (3l-4s) | Pila (3l-4s) | "Flujo a 0" (0-02s) | REJILLAS (3l-4s) | FILTROS (3l-4s) | BASE (3l-4s) | CODIGO DE BARRAS: BASE (3l - NO) | MANUAL (3l - NO) | RUEDAS (3l-4s) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29010 | 6,0 | 95,9 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | NO | SI | SI | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.