OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-8833	Fecha Inicio	10/12/20 9:37	Fecha Fin	10/12/20 11:11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO / OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Alta (Si/No)	"Flujo x 0" (E/R)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	22477	6.2	97.6	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO / FALLAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifico voltaje de la pila	3V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mangueras del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apagado o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-E5)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión pulsador de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Alta (Si/No)	"Flujo x 0" (E/R)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	22472	6.2	97.1	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.