ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión | Remisión # | Nombre (Mantenimiento)

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-1968B | Fecha: 11/12/20 9:10 | 11/12/20 11:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila	Flujo x 0'	RELAJAS	FILTROS	CAIDA	CÓDIGO DE ALARMA	HISTORIA
	13822	6.5	93.5	si	si	si	ES	si	si	si	NO	si	si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 horas [X]
2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X]
3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X]
4. SISTEMA DE RETROLAVADO [X]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: si | Con Termostato instalado:

DIAGNOSTICO FALLAS

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica drenado neumatico de la pila	OK
3	Conexion electrica	Se verifica el correcto conexionado electrico del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifica las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y luz alarma	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo 0 (Carrie Rojinegro)	Se verifica activación de alarmas (+, -, 0)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (+2,0 Flujo +1,0 activación)	lo
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexion sistema de fuga	Desconexion de alarma electrica	OK
5	Activacion de valvula de alivio	Obtener manguera de salida de alivio de concentrador	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila	Flujo x 0'	RELAJAS	FILTROS	CAIDA	CÓDIGO DE ALARMA	HISTORIA
	13824	6	29.5	si	si	si	Er	Si	si	si	no	Si	Si	Revisada Correctamente Wilma G.