ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Ox Pro

Fecha Revisión | Revisión # | Nombre Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: Mon 23278 | Fecha Inicio: 11/2/20 10:17 | Fecha Fin: 11/2/20 12:25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

DATOS REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In / PSI)	ORIGEN (MPa - PSI)	FLUJOMETRO (lb/seg)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (lb/hr)	Pila (lb/hr)	Flujo a 0" (Lpm)	REJILLAS (lb/hr)	FILTROS (lb/hr)	BASE (lb/hr)	CÓDIGO DE BARRAS: Grado (lb/hr)	Material (lb/hr)	BUCLES (lb/hr)
15594	6	72.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mon 7. Correctivo

DIAGNOSTICO DE LA FALLA

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	19 min	Operó Auto	X
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X
4. SISTEMA DE INTERCONEXIÓN				X
5. DAÑOS IDENTIFICADOS				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Si

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. y		Su
2	Prueba de Fugas		Ok
3	Conexión eléctrica		Ok
4	Conexión electrónica		Ok
5	Alarma de alarma		Ok fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Motor Compresor	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + O (Cero flujómetro)		ES
2	Flujo Máximo		Lo
3	Desconexión eléctrica		Ok
4	Desconexión lenguaje de flujo		Ok
5	Activación de válvula de aire		Ok
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In / PSI)	ORIGEN (MPa - PSI)	FLUJOMETRO (lb/seg)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (lb/hr)	Pila (lb/hr)	Flujo a 0" (Lpm)	REJILLAS (lb/hr)	FILTROS (lb/hr)	BASE (lb/hr)	CÓDIGO DE BARRAS: Grado (lb/hr)	Material (lb/hr)	BUCLES (lb/hr)
15595	6	75.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilma L.