ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Pro

Fecha Retiro: | Revisión # | Autor Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4377B | 11/12/20 9:37 | 11/12/20 11:45

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

MANTENIMIENTOS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HUMECTEC	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo 3 L/min	RUEDAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
		(PSI - kPa)	(PSI - kPa)	(lit/min)	(lit/min)		(lit/min)						
	27736,4	47.0	si		si	si	Es	si	si	si	no si	si	Man. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 horas
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: [X]
4. DAÑOS SIGNIFICADOS
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 6. CONTROL DE TEMPERATURA: si

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila E.S. y		SV
2	Prueba de Fugas		ok
3	Conexión eléctrica		ok
4	Conexión electrónica		ok
5	Prueba de alarma		fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 3 L/min Ajustado		Es
2	Flujo Bloqueo		lo
3	Desconexión eléctrica		activo
4	Conexión tipo Luz		activo
5	Activación de alarma de voz		activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HUMECTEC	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo 3 L/min	RUEDAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
		(PSI - kPa)	(PSI - kPa)	(lit/min)	(lit/min)		(lit/min)						
	2480 62454	si	si		si	Es	si	si	si	no	si	si	Funciona Correctamente Wilmer G.