ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión: | Remisión #: | Nombre Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: AN-3105B | Fecha Inicio: 11/12/20 11:01 | Fecha Fin: 11/12/20 13:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

DATOS REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACESITT:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento:	HOMOGENEO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Bar)	Pilot (0 Bar)	Tiempo a 0 (psig)	RELAJAR	FLUJOS	AIRE	CÓDIGO DE FALLAS	PUESTA	OBSERVACIONES
	mv	in / Hg	(BAR, MPa)	(lb-hr)				(lb-hr)	(lb-hr)	(lb-hr)			
	6990	6.1	920	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Optimo Alarma	X			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	[ ]	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Mal	[ ] Malo
4. SISTEMA DE RETROCACION	[X]	Bueno					
5. DAÑOS SOLUCIONADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Electrocompresor	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Calado Pilo (LS...)		4.7v
2	Prueba de Fugas		OK
3	Conexión eléctrica		OK
4	Conexión electrónica		OK
5	Prueba de alarma		Ajustado
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Carta Explosiva)		ES
2	Flujo Maximo		Lo
3	Desconexión eléctrica		OK
4	Desconexión tarjeta de flujo		OK
5	Activación de válvula de aire		OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento:	HOMOGENEO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pilot	Tiempo a 0	RELAJAR	FLUJOS	AIRE	CÓDIGO DE FALLAS	PUESTA	OBSERVACIONES
	mv	in / Hg	(BAR, MPa)	(lb-hr)				(lb-hr)	(lb-hr)	(lb-hr)			
	6990	6.291.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

Wilmar G.