# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAO-MAN-FR-009 |
| Version: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACION DEL EQUIPO**

| Codigo Equipo | NN- 30563 | Fecha Inicio | 14/12/20 8:58 | Fecha Fin | 14/12/20 10:17 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO**

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

**AREA DE MANTENIMIENTO**

**PARAMETROS DE ENTRADA**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI-No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15916 | 6.3 | 94.0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | NO | Si | Si | Mant. Preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 40 min | Generó Alarma | NO X | SI | Cual? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X / Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena Si | Con Sobrecalentamiento | | |

**DIAGNÓSTICO TALLER**

**SET DE PRUEBAS**

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | 4.3V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexion neumatica del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electronicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Agudo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros. | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

**REPUESTOS USADOS**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**LABORES REALIZADAS**

**PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR**

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómitro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activacion alarma sonora | activo |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | activo |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

**PARAMETROS DE SALIDA**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI-No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15917 | 6.1 | 93.5 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | NO | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.