Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha formato | Revisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4099B | Fecha Inicio: 15/12/23 9:11 | Fecha Fin: 15/12/23 10:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ENTORNO REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Fija	"TRIP-E"	REJILLAS	FILTROS	GAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(m³)	(L/min)	(MPa - Bar)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	
	21219	6.0	98.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Cambio Aceite: X
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [X]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si

DIAGNÓSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Mto S.S.		4.70
2	Prueba de Fugas		OK
3	Conexión eléctrica		OK
4	Conexión electrónica		OK
5	Prueba de alarma		Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 1 + 2 (Carga Agua)		ES
2	Flujo Mínimo		LO
3	Desconexión eléctrica		OK
4	Conexión bomba de flujo		OK
5	Activación de válvula de alivio		OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Fija	"TRIP-E"	REJILLAS	FILTROS	GAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(m³)	(L/min)	(MPa - Bar)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	
	21220	6.198.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si		Correcto funcionamiento

Fabián G.