ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Pro

Fecha Revisión | Revisión # | Recibe Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: M2755194110 | Fecha Salida: 16/12/20 11:09 | Fecha Fin: 16/12/20 12:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

HISTORIA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXIGENO (Min. - Max)	FLUJOMETRO (lb./hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción (0-Mx)	Hilo (0-mx)	Flujo a 6" (0-Mx)	BOLILLAS (0-Mx)	FILTROS (0-Mx)	GAS (0-Mx)	CONSULTA DE DAÑOS: BASE (0-Mx)	MANIJA (0-Mx)	SUSTITUIDO (0-Mx)
	083482		96.3	8	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	NA	Si	Si

Nota! Pierden flujo

1. OLEADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera alarma	X			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. ESTADO DE METACRILATO Bueno X	Malo
5. VIDRIOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CENTRO DE TEMPERATURA		Si		

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	SET DE PRUEBAS Descripción	Resultado
1	Estado Pila D.C. V		OK
2	Prueba de Fugas		OK
3	Conexión eléctrica		OK
4	Conexión electrónica		OK
5	Prueba de alarma		fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + O-(Cierre Rotámetro)		N.A
2	Flujo Máximo		N.A
3	Descompresión eléctrica		OK
4	Descompresión válvula de flujo		N.A
5	Activación de válvula de alivio		N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXIGENO (Min. - Max)	FLUJOMETRO (lb./hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción (0-Mx)	Hilo (0-mx)	Flujo a 6" (0-Mx)	BOLILLAS (0-Mx)	FILTROS (0-Mx)	GAS (0-Mx)	CONSULTA DE DAÑOS: BASE (0-Mx)	MANIJA (0-Mx)	SUSTITUIDO (0-Mx)
	083496.2			Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Funciona Correctamente

Wilson G.