Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Reporte: | Reporte #: | Nombre Mantenimiento: | No. Cliente:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: SN 0107077 | Antiguedad: 16/6/20 11.03 | 16/12/20 12:41

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Acople (Falta de)	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	CRONÓMETRO	FLUXÓMETRO
149972	62	960	Si

PRUEBAS DE ALARMA

Descripción	Pito	Tiempo de Ciclo	BOLILLAS	FILTROS	CUBOS	CONDICIONES FISICAS	OBSERVACIONES
	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A Si Si

OBSERVACIONES: Mant preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Cumple: X
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X]
3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malo [ ]
4. SISTEMA DE RETROALIMENTACION: X
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Si

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pito S.S. V		Su
2	Prueba de Fugas		UX
3	Conexion electrica		OK
4	Conexion electronica		OK
5	Prueba de alarma		parte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Verificacion	Descripcion	Resultado
1	Fluxometro		N.A
2	Pistones		N.A
3	Desconexion electrica		OK
4	Conexiones tarjeta de fuerza		N.A
5	Voltajes de salida de alarma		N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	CRONÓMETRO	FLUXÓMETRO
149973	6.4	95.7	Si

PRUEBAS DE ALARMA

Descripción	Pito	Tiempo de Ciclo	BOLILLAS	FILTROS	CUBOS	CONDICIONES FISICAS	OBSERVACIONES
	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A Si Si

OBSERVACIONES: funciona correctamente

Wilmer G.