Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NV-2273B	Fecha Inicio	16/12/20 10:49	Fecha Fin	16/12/20 12:15

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			filtro lateral (faltante)	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGINO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descomisión	Pila	Flujo x 2	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	998	6.3	96.7	si	si	si	lo	si	si	si	no	si	si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de ciclado	90 min	Sistema Rápido	X	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN X
5. DAÑOS IDENTIFICADOS					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	si	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica cansancio neumático de la pila	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifica las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifica las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de la alarma	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 2 (Carta Supervisor)	Se verifica el flujo de la pila	lo
2	Flujo Máximo	Se verifica el flujo de la pila	lo
3	Descomisión eléctrica	Verificar el apartamento	ok
4	Descomisión estado de flujo	Flujo de la pila	ok
5	Activación de válvula de alivio	Efectuar activación de válvula de alivio de la pila	ok
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGINO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descomisión	Pila	Flujo x 2	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	999	6.3	95.5	si	si	si	lo	si	si	si	no	si	si	Funciona Correctamente

COMPLEMENTO DOMICILIO: Wilmar G.