ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Mantenim. | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-39698 | Fecha: 16/12/20 10:43 | 16/12/20 12:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ORDEN REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EN REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (k / Pa)	OXIGENO (Mín. 95%)	FLUJOMETRO (lt/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo x 5' (Lt/Min)	NEBULAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	SAAE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: SAAE (Si-No)	Manguera (Si-No)	FUGAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	11956	63	97.2	Si	S:	S:	65	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min [X]
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] [X] | ESTADO DE MANGUERAS [X] | SISTEMA DE RETROILUMINACION [X]
3. DAÑOS IDENTIFICADOS:
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | CONTROL DE TEMPERATURA: Si

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Calibración E.S.		4.6
	Prueba de Fugas		OK
	Conexión eléctrica		OK
	Conexión electrónica		OK
	Prueba de alarma		Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
	Flujo x 5 (Lectura Rotametro)		Ef
	Fuga Mascara		Lo
	Desconexion electrica		Activo
	Desconexion sensor de flujo		Activo
	Activacion de alarmas de alta		Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (k / Pa)	OXIGENO (Mín. 95%)	FLUJOMETRO (lt/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo x 5' (Lt/Min)	NEBULAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	SAAE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: SAAE (Si-No)	Manguera (Si-No)	FUGAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	11957	6.2	96	Si	Si	Si	Ef	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente Wilmer G.