ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Pro

Fecha Apertura | Apertura # | Apertura Cumplimiento

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: Nan 34883 | Fecha Inicio: 16/12/20 9:16 | Fecha Fin: 16/12/20 9:39

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENE	FLUORETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pito	Tiempo	NIVELES	Tiempo	Color	CONTROLES: Descripción	Estado	OBSERVACIONES
												Man 7.
24084	6.1	960	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NA	Si Si Preventivo

1. CICLO/HT: Tiempo de ciclo inicial: 90 min. | Tiempo de ciclo final: X

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: X | 4. SISTEMA DE RETROLUMINACIÓN: X

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bien | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba PM E.E.		4.80
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión electrica de motor	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas de motor	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electricas de motor	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sistema de alarma	Prueba
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga E.E. (Carne Aislante)	Se verifica conexión de motor	ES
2	Prue Manual	Se verifica sistema de alarma	No
3	Conexión eléctrica	Motor en operación	Activo
4	Conexión tarjeta de fuga	Conexión electrónica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Válvula mangera de válvula	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENE	FLUORETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pito	Tiempo	NIVELES	Tiempo	Color	CONTROLES: Descripción	Estado	OBSERVACIONES
												Funciona
24085	6.1	958	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NA	Si	Si Correctamente

Wilmer G.