Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Permiso | Permiso # | Nombre Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN - 4344B | Fecha Inicio: 17/12/20 9:06 | Fecha Fin: 17/12/20 11:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pos	Pos +5"	REALIZO	FILTROS	FUGA	CONDICION FINAL	OBSERVACIONES
	61**	6.3	97.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si.	Si.	Si. Si.

Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas		X			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X	4. VISTA DE TELEVISION AISLADA	X

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Prueba | Si | Con Termometro Ambiental

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Salida Pilo S.S. V	Se toma voltaje de salida	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion de circuito de aire	OK
3	Conexion electrica	Se verifica conexion electrica adecuada	OK
4	Conexion electronica	Se verifica conexion electronica adecuada	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica funcionamiento de alarmas	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo + O Cierre Rotametro	Se verifica activacion de alarma con cierre de flujometro	ES
2	Flujo Menos	Se verifica activacion de alarma bajo flujo (4,00 lpm) durante 5 minutos	Lo
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	Bueno
4	Desconexion tubo de flujo	Desconexion intempestiva	Bueno
5	Activacion de valvula de alivio	Verificar activacion de valvula de alivio	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pos	Pos +5"	REALIZO	FILTROS	FUGA	CONDICION FINAL	OBSERVACIONES
	62**	6.2	96.8									

Correcto funcionamiento

Wilmer G.