ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Pro

Fecha Reporte | Reporte # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: Nal - 3199B | Fecha Inicio: 17/12/20 11:37 | Fecha Fin: 17/12/20 13:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

DATOS REPORTADO ORDENADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Filtro Lateral (Frente)	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR ENCARGADO

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In H2O)	ORIGEN (RPM - MPa)	FLUJOMETRO (G/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción (X/No)	Pito (X/No)	Flujo x 6" (GPM)	RELLES (X/No)	FILTROS (X/No)	NIVEL (X/No)	LECTURA DE BARRAS: Total (X/No)	Parcial (X/No)	PORTADO (X/No)	OBSERVACIONES
	11080	6.3	95.6	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min s.m. | Ganed Alarma: [X] | ID | Cant
2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buen [X] | Malo | 4. SISTEMA DE HIDROCACION: Buen [X] | Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	SET DE PRUEBAS: Descripción	Resultado
1	Estado Filtro S.T.		4.60
2	Prueba de Fugas		OK
3	Conexión eléctrica		OK
4	Conexión electrónica		OK
5	Prueba de alarma		Negativo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 01Cierre Automático		Es
2	Flujo Máximo		0
3	Descripción eléctrica		Bueno
4	Descripción botella de flujo		Bueno
5	Activación de válvula de alivio		Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In H2O)	ORIGEN (RPM - MPa)	FLUJOMETRO (G/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción (X/No)	Pito (X/No)	Flujo x 6" (GPM)	RELLES (X/No)	FILTROS (X/No)	NIVEL (X/No)	LECTURA DE BARRAS: Total (X/No)	Parcial (X/No)	PORTADO (X/No)	OBSERVACIONES
	11081	6.2	94.7	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	funciona correctamente

TÉCNICO MANTENIMIENTO: Wilmar G.