Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha [illegible]		Remisión #		[illegible]		No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

[illegible]	AN-419B	Fecha [illegible]	17/12/20 11:21	[illegible]	17/12/20 12:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	Flujo a 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Observaciones
32378	60	96.0	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	[illegible]	X
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	
3. ESTADO DE MANGUERAS	X			
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	X			

4. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	[illegible]	Si	[illegible]

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E. V.	[illegible]	4.8 v
2	Prueba de Fugas	[illegible]	ok
3	Conexión eléctrica	[illegible]	ok
4	Conexión electrónica	[illegible]	ok
5	Prueba de alarma	[illegible]	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado: Se dejó trabajando por 2 horas y no se activó alarma ni presentó error.

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tarjeta principal	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rubinetes)	[illegible]	Es
2	Flujo Máximo	[illegible]	5
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	activo
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	Flujo a 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Observaciones
32383	60	96.4	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

Wilmer G.