OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Revisión #		Acción Mantenimiento		No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	208040000101	Fecha Inicio	18/12/20 9:05	Fecha Fin	18/12/20 13:41

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Filtro Central	1		Y
			Filtro			

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	SASE	ESTADO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	3969	6.4	95.0	si	si	si	N.A	si	si	si	si	si	si	Mant Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Cambio de filtro	X	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X	4. ESTADO DE REFRIGERACIÓN X
5. DAÑOS IDENTIFICADOS					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	si	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica código de la pila	4.30
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mediante el tubo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifica las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifica las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido en el equipo	leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica el cambio de alarmas a 0	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma mayor a 0	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma mayor	OK
4	Desconexión mayor de flujo	Se verifica el tubo eléctrico	NA
5	Activación de válvula de vidrio	Cambio manguera de válvula en el equipo	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	SASE	ESTADO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	3970	6.3	94.5	si	si	si	N.A	si	si	si	si	si	si	Correcto funcionamiento

Firma de la Empresa: Wilma G.