Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

NN-3070B

21/12/23 12:22 — 21/12/23 13:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] — FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	GARO	CLASE GARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
	P		Base	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR EL CLIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

HUMEDAD	PRESION	SONIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELAJAR	FILTROS	LUZ	CODIGO DE BARRAS	SONIDO
				Desconexion (8 Hz)	Pila (8 Hz)	Flujo 8 Hz					
9996	6.1	93.2	Si	Si	Si	FS	Si	Si	Si	no	Si

Mant. Correctivo

1. CICLAGO — Tiempo de ciclado: 90min — X

2. RUIDO LETHANG — Si [ ] No [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS — X — 4. SISTEMA DE RETRO PULSO — X

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Prueba Flujo 5.5 V		4.50
2	Prueba de Flujo		OK
3	Conexion electrica		OK
4	Conexion electrica		OK
5	Prueba de alarma		Seguido
6	Otro		
7	Otro		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS ADICIONALES PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo 5 (Cierre Hydrotech)		FS
2	Flujo Maestro		Lo
3	Conexion electrica		Activo
4	Desconexion sensor de flujo		Activo
5	Activacion de valvula de alivio		Activo
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

OBSERVACIONES

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

HUMEDAD	PRESION	SONIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELAJAR	FILTROS	LUZ	CODIGO DE BARRAS	SONIDO
				Desconexion (8 Hz)	Pila (8 Hz)	Flujo 8 Hz					
9976	6.0	92.8	Si	Si	Si	FS	Si	Si	Si	no	Si

Funciona Correctamente

Wilmer G.