

Identificación de Equipo: **APM 3056 B**
 Fecha: **21/12/23** Hora: **12:23** Lugar: **216210** Hora de salida: **13:49**

FALLA	TIPO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	SEVERIDAD	EL REPORTE	REPORTE CAMBIADO
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLACA						

DETALLES ADICIONALES BAJO POR CIENTOS

PARAMETROS DE ENTRADA										PARAMETROS DE SALIDA									
En Mantenimiento					PRUEBAS DE ALARMA					PRUEBAS DE ALARMA					OBSERVACIONES				
CONCENTRADOR	ALARMAS	URGENTE	FLUJO METRICO	FLUJO METRICO	DESCRIPCION (C.A.)	PRUEBA	TIEMPO (S)	SEÑALES	ALARMAS	ALARMAS	SEÑALES	ALARMAS	SEÑALES	ALARMAS	SEÑALES	ALARMAS	SEÑALES	ALARMAS	SEÑALES
15734	55	76.1	si	si	Si	Si	ES	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
1. EXHAUSTO		Tiempo de la prueba		3 min														Mant. Correcto	
2. RUIDO EXHAUSTO						3. ESTADO DE MANGUERA												EI	

SET DE PRUEBAS			OBSERVACIONES			
No.	Prueba	Descripción	Resultado	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas de gas.	OK	4. Gas		OK
2	Comprobación eléctrica	Se verifica que la conexión eléctrica del equipo sea correcta.	OK	5. Gas		OK
3	Comprobación electrónica	Se verifica que la conexión electrónica del equipo sea correcta.	OK	6. Gas		OK
4	Prueba de alarma	Se verifica que la alarma suene cuando se activa.	OK	7. Gas		OK

RECURSOS USADOS: **Materiales tubo refrigeración**

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR									
No.	Prueba	Descripción	Resultado						
1	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas de gas.	Bueno						
2	Comprobación eléctrica	Se verifica que la conexión eléctrica del equipo sea correcta.	Bueno						
3	Comprobación electrónica	Se verifica que la conexión electrónica del equipo sea correcta.	Bueno						
4	Prueba de alarma	Se verifica que la alarma suene cuando se activa.	Bueno						

PARAMETROS DE SALIDA										PARAMETROS DE SALIDA									
En Mantenimiento					PRUEBAS DE ALARMA					PRUEBAS DE ALARMA					OBSERVACIONES				
CONCENTRADOR	ALARMAS	URGENTE	FLUJO METRICO	FLUJO METRICO	DESCRIPCION (C.A.)	PRUEBA	TIEMPO (S)	SEÑALES	ALARMAS	ALARMAS	SEÑALES	ALARMAS	SEÑALES	ALARMAS	SEÑALES	ALARMAS	SEÑALES	ALARMAS	SEÑALES
15735	60	93.0	si	si	Si	Si	ES	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Funciona correctamente																			
Walter G.																			