Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Permiso | Permiso # | Hora Mantenimiento

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MV-4066 B | Fecha Inicio: 21/12/20 9.10 | Fecha Fin: 21/12/20 10:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTORNO REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Filtro Lubol	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR EL CLIENTE:

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descompresión	Pila	Flujo P.	REGULAR	ULTRA	GAS	CONSUMO: Inicial	Final	OBSERVACIONES
	5306297.1	Si	S.	Si	ES	Si	Si	Si	S.	Si	S.	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Genera Alarma: X

2. HUBO FUGA/DAÑO: Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUCHAS: Fuera X | Presión | 4. SISTEMA DE DETECCIÓN: X

5. DAÑOS EN LA ESTRUCTURA:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bien | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Estado: Si | Set Temperatura:

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.T.V.		4.90
2	Prueba de Fugas		OK
3	Conexión eléctrica		OK
4	Conexión neumática		OK
5	Prueba de alarma		fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

INSUMOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo Cliente Normativo		ES
2	Flujo Máximo		lo
3	Detección eléctrica		activo
4	Conexión limpia de fuga		activo
5	Activación de válvula de alivio		activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descompresión	Pila	Flujo P.	REGULAR	ULTRA	GAS	CONSUMO: Inicial	Final	OBSERVACIONES
	5316196.8	Si	Si	Si	S.	ES	Si	Si	Si	Si	S.	Si	Funciona Correctamente

Wilmer G.