Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Número Mantenimiento		No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NW. 3855 B	Fecha Inicio	22/12/10 9:10	Fecha Fin	22/12/10 11:44

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO
	X		Base	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACKMIT

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila	Tiempo	BY-PASS	FILTROS	BASE	CONDICIONES LIMITES: Inicial	Actual
	6397.2	Si			Si	Si	Si	Si	Si, NO	Si	Si	Si

Mtto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de ciclado	90 min	Ciclado manual	X			
2. RUIDO LATIGAZO	N	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buen X	Malo	4. SISTEMA DE RETRO PULSO	X
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Control Manual	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.T. II	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se sopla con aire comprimido a 40 psi	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifica el estado de conectores de cableado	OK
4	Conexión electrónica	Se verifica el estado de conectores de cableado	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica el funcionamiento de alarmas	Cycled
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	LA POSICION	CODE
	Switch encendido	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 1 (Caída Nominal)	Se verifica el caudal de salida	ES lo
2	Flujo Máximo	Se verifica el caudal de salida	OK
3	Concentración oportuna	Activación alarma sonora	OK
4	Concentración estado de flujo	Estado de alarma visual	OK
5	Activación de válvula de aire	Cierre de válvula de aire	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Sin Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila	Tiempo	BY-PASS	FILTROS	BASE	CONDICIONES LIMITES: Inicial	Actual
	6297.4	Si			Si	Si	Si	ES Si	Si	Si	NO Si	Si

Cuando funcionamiento 2a Wilmer G.