ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NN-3137 D — 22/12/20 11:52 — 22/12/20 13:05

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] — FECHA INICIO AISLAMIENTO: — FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO
			Base Regilla lateral	1		X
				1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Fin Mantenimiento	CONDUCTIVO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELAYS	LED'S	DATA				
					Desbalanceo	Fija	Fuga x 3							
	5255	3.736	4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	NO	Si	

Mant. Correctivo

1. ENCLAVE: Tiempo de la prueba: 2min — Camara Alarma: No [X] — E1

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] — 4. SOLENOIDE DE RECIRCULACIÓN [X]

5. UNIDAD IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: 5.

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.T.		4.8V
2	Prueba de Fugas		OK
3	Conexión eléctrica		OK
4	Conexión electrónica		OK
5	Prueba de alarma		Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Manguera Jibo refrigeración	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Inicio Y 2 / Cierre Aguja		ES
2	Prueba Alarma		Lo
3	Desbalanceo eléctrico		Bueno
4	Desbalanceo botella de Fuga		Bueno
5	Activación de válvula de alivio		Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Fin Mantenimiento	CONDUCTIVO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELAYS	LED'S	DATA				
					Desbalanceo	Fija	Fuga x 3							
	5256	6.792.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si		

Funciona Correctamente

Wilmer G