ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 0172306170B3 — Fecha: 14:30 — 15:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] — FECHA INICIO AISLAMIENTO: — FECHA FIN AISLAMIENTO:

ENTIDAD REPORTADO ORIGINADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	ORIGENES	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion de Red	Pila (Bateria)	Flujo a 8 LPM	RELLAR	FILTROS	FUGA	CONTROL DE HUMEDAD: Humedad	Temperatura
	001	8.2	982	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si

Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba:	90 min	Generó Alarma:	No [X]			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno [X]		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	[X]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Si		

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Arranque Pila 9 V		SU
2	Prueba de Fugas		OK
3	Conexion electrica		OK
4	Conexion electronica		OK
5	Prueba de alarma		Puerta
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 8 (Carro Rgulador)		N.A
2	Fuga Manto		N.A
3	Desconexion electrica		Bueno
4	Desconexion tarjeta de fuga		N.A
5	Activacion de alarma de puerta		N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	ORIGENES	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion de Red	Pila (Bateria)	Flujo a 8 LPM	RELLAR	FILTROS	FUGA	CONTROL DE HUMEDAD: Humedad	Temperatura
	0028.1	97.9	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si

Correcto funcionamiento

Wilmer G.