Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Reporte: | Reportado A: | Asignar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3013 B | Fecha y Hora: 23/12/20 9:21 | 23/12/20 10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

HISTORIA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DIAGNOSTICO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

CONCENTRO	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalanceo	Fila	Fuga a Tierra	REGULAR	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		OBSERVACIONES
35016,2	97.8	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de ciclado: 90 min | [X]

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: [C] | 4. CONTROL DE RETROALIMENTACION: [X]

5. DAÑOS EN MANGUERAS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Prueba de Fuga		4.6v
2	Conexion electrica		ok
3	Conexion electronica		ok
4	Prueba de alarma		ok
5	Otros		Ajuste
6	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Situacion	Descripcion	Resultado
1	Fuga + 5 (Cerrar Suministro)		ES
2	Flujo Reverso		Lo
3	Conexion electrica		Activo
4	Conexion electronica		Activo
5	Prueba de alarma de gas		Activo
6	Otros		
7	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

CONCENTRO	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalanceo	Fila	Fuga a Tierra	REGULAR	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		OBSERVACIONES
35026	2976	SI	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

Validado G