Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: 201700000135 — Fecha: 23/12/20 9:07 — 23/12/20 10:41

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] — FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

BITACORA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITY

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pos	Tiempo	REMOTA	ALTA	BAJA	CÓDIGO DE CAUSA	OBSERVACIONES
78956296.4	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. OCLADO: Tiempo de recuperación: 90 min — Cantidad: X

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Cantidad: 6 — [X]

4. DAÑOS SIGNIFICADOS:

5. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — 6. CONTROL DE TEMPERATURA: Si

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Valvula Pilo S.S. y		SV
2	Prueba de Fugas		OK
3	Conexion electrica		OK
4	Conexion electronica		OK
5	Prueba de alarma		Fuera
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico del Equipo:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CARGADO

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Fuga + Cierre Automatico		N.A
2	Prue Manual		N.A
3	Conexion electrica		OK
4	Conexion valvula de fuga		N.A
5	Activacion de alarma de voz		OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pos	Tiempo	REMOTA	ALTA	BAJA	CÓDIGO DE CAUSA	OBSERVACIONES
	78976195.6	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente Wilmer G.