ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remision | Remision # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1020B | Fecha Inicio: 23/12/23 9:20 | Fecha Fin: 23/12/23 10:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LCD)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
97056.3	97.1	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mnt Preventivo

DIAGNÓSTICO TALLER

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	70 min	Correo Alarma	[X]	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno [X]	Malas [ ]
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	Malo [ ]			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento [ ]

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.5 ✓
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del circuito	OK
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones electricas. Se ajustan	Ok
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas. Ajuste	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica funcion de alarmas	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotametro)	Se verifica activacion de alarmas (LED ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y SIL LCD)	lo
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	activo
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	activo
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LCD)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
97061	96.7	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Luis Mena