ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remision		Remision #		Auxilio Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4837B	Fecha Inicio	24/12/20 @ 31	Fecha Fin	24/12/20	9:55

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL SOPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

VOLTAJE (V)	PRESION (L/Min)	OXIGENO (88% - 94%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 Seg)	Pila (9 Vdc)	Flujo x 3 (10 Lpm)	ROJA LAS (5 Vdc)	FILTROS (5 Vdc)	BASE (5 Vdc)	CODIGO DE BARRAS: Leyo (5 Vdc)	Alarma (5 Vdc)	OBSERVACIONES
117V	6.1	96.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	No S.	Si	Prueba Inicial preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	X		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X	4. SISTEMA DE HUMIDIFICACION	X
5. DAÑOS ENCONTRADOS						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bien	Si		

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Valvula Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica operacion neumatica de equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifica la conexion electrica del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifica conexion electronica del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica funcionamiento de alarmas	Fuente
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo x 3 (Cero Aislamiento)	Se verifica activacion de alarma	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma maxima y ajuste	Ic
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexion bajada de flujo	Activacion alarma sonora	OK
5	Activacion de valvula de alivio	Observar manguera se infle cuando se conecta	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

VOLTAJE (V)	PRESION (L/Min)	OXIGENO (88% - 94%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 Seg)	Pila (9 Vdc)	Flujo x 3 (10 Lpm)	ROJA LAS (5 Vdc)	FILTROS (5 Vdc)	BASE (5 Vdc)	CODIGO DE BARRAS: Leyo (5 Vdc)	Alarma (5 Vdc)	OBSERVACIONES
117V	6.1	95.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Ok	Si	Si	Correcta funcionamiento Ls

Wilmer G.