ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Retiro: | Retiro #: | Numero Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 7725519416 | Fecha Inicio: 24/2/23 | 10:10 | Fecha Fin: 24/2/23 | 11:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

ENTIDAD REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	GARO	CLASE GARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

HORIZONTE	PRESION	ORIGEN	FLUOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Flujo	Flujo x 3	RELLAS	FILTROS	SUCCION	CODIGO DE GARRAS: Venoso	Arterial	SISTEMA
135	80	97.3	Si	Si	Si	NA	Si	Si	Si	NA	Si	Si

Observaciones: Mant preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Correo Alarma: X
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buen [X] | 4. SISTEMA DE PRESURIZACION: [X]
5. GARRO IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si | Con Calentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Bomba Pila S.S.	Verifica voltaje de la red	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y en algunos casos	Fuera K
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

LABORES REALIZADAS — REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 3 (Cierre Suministro)	Se verifica activacion de alarma de flujo	N.A
2	Flujo Mezcla	Se verifica activacion de alarma mezcla (LED Rojo y LED amarillo)	N.A
3	Desconexion arterial	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexion sangre de flujo	Desconexion linea venosa	N.A
5	Activacion de sensor de aire	Cierre manguera de salida de aire (solo prueba)	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

OBSERVACIONES:

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

HORIZONTE	PRESION	ORIGEN	FLUOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Flujo	Flujo x 3	RELLAS	FILTROS	SUCCION	CODIGO DE GARRAS: Venoso	Arterial	SISTEMA
136	80	97.1	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si

Observaciones: Funciona Correctamente

Wilmer G.