ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Pro

Fecha Remision | Remision # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MN-730B | Fecha Inicio: 24/12/20 9:50 | Fecha Fin: 24/12/20 11:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SE REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO
			filtro Central	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

HORIZONTE	PRESION	OXIGENO	FLUORESCENTE	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pito	Tipo x F	REJILLAS	FILTROS	BASE	CONDICION GABINETE	PUERTAS
10855	6.2	96.9	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si

Manl. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Cambio Alarma: X
2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buen X | 4. CONEXION DE RESTO AREAS: X
5. GANOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si | Observaciones:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pito S.S. Y	verifica estado de la pito	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexiones neumaticas de aire	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y en algunos Fuera	fuera
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Situacion	Descripcion	Resultado
1	Fuga x V (Cierre Sistema)	Se verifica cierre de alarma	Lo
2	Pito Mecanico	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + pito)	Lo
3	Conexiones electricas	Activacion alarma sonora	OK
4	Conexiones grupo de fuga	Desconexion alarma sonora	OK
5	Activacion de señales de alarma	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

HORIZONTE	PRESION	OXIGENO	FLUORESCENTE	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pito	Tipo x F	REJILLAS	FILTROS	BASE	CONDICION GABINETE	PUERTAS
10856	6.2	96.3	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si

funcionando correctamente

Wilmer G.