Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Diligenciamiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: 7FSAB2019020064 | Fecha Inicio: 28/12/20 13:22 | Fecha Fin: 28/12/20 15:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Funcionamiento

VOLTAJE (Vac)	PRESIÓN (PSI)	ORIGEN (MPa - KPa)	FLUJOMETRO (L/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pito	Flujo x 8' (LPM)	BOBILLAS	FILTROS	DAÑO	CÓDIGO DE ALARMA: Antes	Después	REPUESTO
383	64	97.5	Si	Si	Si	4L	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Mant. Preventivo

1. CICLICO: Tiempo de actuado: 90min | Cámara Alarma: X

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buen X | Malo | 4. CANTIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS: 0

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Cual mal funcionamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Fila S.S. V	Verifica voltaje de la red	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 2 (Cierre Agitador)	Se verifica	4L
2	Flujo Máximo	Se verifica	4L
3	Desconexión eléctrica	Se	OK
4	Desconexión sitio de flujo	Se	OK
5	Activación de alarma de alivio	Se	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Funcionamiento

VOLTAJE (Vac)	PRESIÓN (PSI)	ORIGEN (MPa - KPa)	FLUJOMETRO (L/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pito	Flujo x 8' (LPM)	BOBILLAS	FILTROS	DAÑO	CÓDIGO DE ALARMA: Antes	Después	REPUESTO
385	62	97.4	Si	Si	Si	4L	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Funciona Correctamente

Wilmer G.