ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Reporte | Reporte # | Fecha Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MN-24573 | Fecha Inicio: 20/12/20 13:25 | Fecha Fin: 28/12/20 14:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SI NOVA REPORTARIO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA — En Mantenimiento

VOLTAJE (V)	PRESION (L / Min)	CAUDAL (Min L / Min)	FLUJOMETRO (L/ Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (S-N)	Pila (S-N)	Flujo x F (Lpm)	REJILLAS (S-N)	FILTROS (S-N)	GAS (S-N)	CODIGO DE ERROR (S-N)	SUPERA (S-N)	
246	6.2	96.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Mant. Preventivo

1. CELULAS	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma: X
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS: SI [X]
5. DAÑOS OCASIONADOS			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno Si

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica operacion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion neumatica	Se verifican las conexiones neumaticas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica la alarma y el apagado	Fuera de
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Seleccion	Descripcion	Resultado
1	Flujo # 2 (Cierre Suministro)	Se verifica el flujo de suministro	ES
2	Flujo Masivo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora a 300 Flujo x F	Lo
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	Bueno
4	Desconexion alarma de Sum	Desconexion electrica	Bueno
5	Activacion de valvula de seg.	Cierre inmediato de valvula de seguridad	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA — En Mantenimiento

VOLTAJE (V)	PRESION (L / Min)	CAUDAL (Min L / Min)	FLUJOMETRO (L/ Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (S-N)	Pila (S-N)	Flujo x F (Lpm)	REJILLAS (S-N)	FILTROS (S-N)	GAS (S-N)	CODIGO DE ERROR (S-N)	SUPERA (S-N)	
246	6.2	95.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Funciona Correctamente

Validmar G.