Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NN- 4122 a

28/12/20 17:20

28/12/20 14:52

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

BITÁCORA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Filtro Lateral	1		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

+CRÍOGENO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalance	Pila	Tapa Ø F	RELAJAS	FILTROS	DAÑO	CÓDIGO DE BARRAS	PUESTO	OBSERVACIONES
8713	6.298 2	Si		Si	Si	ES	Si	Si	No	Si	Si	Mant. Preventivo

1. DELADO: Tiempo de la prueba: 90 min — Correo Alerta: X

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] — CENTRO DE INTERCONEXIÓN: Bueno [X]

4. JUMPS IDENTIFICADOS:

5. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — 6. CONTROL DE TEMPERATURA: Si

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. /	Verifica voltaje de la pila	4.80
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática de la unidad	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de las alarmas y luces	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + O Cierre Normal	Se verifica encendido de alarmas	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión eneumática	Desconexión neumática	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Activación manguera de válvula de alivio	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA En Funcionamiento

+CRÍOGENO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalance	Pila	Tapa Ø F	RELAJAS	FILTROS	DAÑO	CÓDIGO DE BARRAS	PUESTO	OBSERVACIONES
8714	6.198.0	Si		Si	Si	ES	Si	Si	No	Si	Si	Funciona Correctamente

Wilmer G.