Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 30/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Reporte: | Reincidencia #: | Asistió Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NW-37503 | Fecha Inicio: 27/12/23 11:50 | Fecha Fin: 29/12/23 13:22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro Central (desgaste)	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUXOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila	Flujo a 0°	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	Hrs	n ° PSI	90% - 99%	SI - NO	SI - NO	SI - NO	L.S.P.M.	SI - NO	SI - NO	SI - NO	SI - NO	SI - NO	SI - NO	
	18034	6.2	97.5	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90mm | Genero Alarma: N/A | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] N/A [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [ ] | Malo | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.90
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Switch encendido	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma (LL - LO - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma nivel y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-E5)	Lo
3	Conexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión toma de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUXOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila	Flujo a 0°	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	Hrs	n ° PSI	90% - 99%	SI - NO	SI - NO	SI - NO	L.S.P.M.	SI - NO	SI - NO	SI - NO	SI - NO	SI - NO	SI - NO	
	18036	6.2	97.3	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si		Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.