# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Página 1 de 2

No. Orden

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-23743 | Fecha Inicio: 27/12/20 8:46 | Fecha Fin: 29/12/20 10:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

HISTORIA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | EL REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA (En Mantenimiento)

| HORÓMETRO | PRESIÓN | CAUDAL | PLUVIÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Descongelación | Alta | "Flujo x 0" (Off) | REJILLAS | FILTROS | SASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | BANDA | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Mant. preventivo |
| 74489 | 6.2 | 92.7 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |

DIAGNOSTICO TALLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba: 90 min | Genera Alarma: X | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] | Malo [ ] |
| 4. DAÑOS IDENTIFICADOS | | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo [ ] |
| 5. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Con Sobrecalentamiento |

### SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistema Flujo S.S. U | Verifica voltaje de la red | SU |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido y luz alarma | Funcionando |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripción del diagnóstico identificado:

### REPUESTOS USADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

LABORES REALIZADAS

### PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + S (Cierre Supletorio) | Se verifica activación de alarmas (LL - LJ - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + LL-LJ-ES) | LO |
| 3 | Descongelación automática | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Conexión soplete de frío | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Observar manguera de salida de aire de concentrador | OK |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

PARAMETROS DE SALIDA (En Mantenimiento)

| HORÓMETRO | PRESIÓN | CAUDAL | PLUVIÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Descongelación | Alta | "Flujo x 0" (Off) | REJILLAS | FILTROS | SASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | BANDA | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Funciona Correctamente |
| 74489 | 6.1 | 92.0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G. |