

Contacto	Documento	Tipo de Contacto	Parentezco	Datos de Contacto
MARIA GARCIA	CC (Cedula Ciudadania) 42085356		HUO	3205184344 (Movil) 3114149 (Casa) 3205289344 ()

Datos de la Solicitud				
Asunto	MANTENIMIENTO CONCENTRADOR Técnico - A Domicilio (130350096)	Número de Orden	130350096	
Fecha Planeada	2020-11-13	Fecha Real de Entrega	2020-11-13 11:04	
Fecha Devolución Equipos	--	Paciente	MARIA LUCILA VALENCIA (CC: 24891259)	
¿Se Cobra Flete?	no	Estado de Orden	Exitosa	
Solicitud	MANTENIMIENTO CONCENTRADOR Técnico	Tipo de Entrega	A Domicilio	
Otros Equipos Entregados	Ninguno	Programación	Urgencia	
Código de Verificación	1599	Autorización / Servicio		
Planilla de Trabajo	EJE CAFETERO EjeC - Domicilio - 02 Ruta Especial (2020/11/13) - AM	Cilindros Recarga	: unidades	
Entidad	MEDMAS EPS - Eje Cafetero	Sucursal	MEDMAS EPS - Eje Cafetero	
Ultima Modificación Por Grupo	EJE CAFETERO	Fecha Real de Devolución	--	
Fecha de Corrección	--	Orden Anterior (Reprogramación)		
Orden Nueva (Reprogramación)	--	Empresa que Presta el Servicio	OXIPRO SAS	
Orden Auditada?	no	FallaReportada	Concentrador - Fala - Se Apaga Constantemente	
Estado Equipos Final	FT - Fala Tecnica - Concentrador	Programado Para		
SubEstadoOS	Exitosa	Creado Por Grupo	EJE CAFETERO	
Asignado A Grupo	EJE CAFETERO	Creado	2020-11-13 10:58	
Modificado	2020-11-13 10:58	Litros / min		
Horas O2		Consecutivo / Empresa	242303	

- [Asignar Equipos](#)
  - [Corregir Orden](#)
  - [Recalcular EPS y Emeresa](#)
  - [Dar por Fallida](#)
  - [Adicionar Orden a Visita](#)
  - [Adicionar Recogita a Visita](#)
  - [Orden Auditada](#)
  - [ASIGNAR ESTADO: Fallida - Por Reprogramar](#)
  - [ASIGNAR ESTADO: Fallida - No Reprogramar](#)
  - [ASIGNAR ESTADO: Incompleta - No Reprogramar](#)
  - [ASIGNAR ESTADO: Incompleta - Por Reprogramar](#)
  - [Reportar Novedad de Servicios No realizados](#)
  - [Reportar Novedad con Software](#)
  - [Registrar Ticket de Desarrollo](#)
- Novedades** Agregar
- TAG CLOUD**
- Marcado

Observaciones del Servicio (CRM Móvil)	Observación de Anulación
CONCENTRADOR SE APAGA CONSTANTEMENTE	
Observaciones Auditoría	Motivo Anulación

**Equipos Entregados** Mostrando 1 - 1 de 1

Activo	Subtipo	Código de Barras	Fecha Ultimo Movimiento	Ubicación	Acción
CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-1365B)	CONCENTRADOR SLTM	NN-1365B	2020-11-13 11:04:37	MARIA LUCILA VALENCIA (CC: 24891259)	editar

**Equipos Recogidos**

No.	Fecha	Estado	Valor Programado	Valor Recaudado	Valor Final	Fecha de Pago	Pagado?	Tipo de Cobro	FormadePago	Concepto Programado	Acción
193570	2020-11-13	Auditoría - No Pago	34200				no	Cuenta Moderadora		Cuenta Moderadora 2020-6 \$ 7,200 , 2020-10: \$ 13,500 , 2020-11: \$ 13,500	
193571	2020-11-13	Auditoría - No Pago	90000				no	Dal'agos y Multas		2020-6 Filtro Externo Central: \$ 90,000 , 2020-6 Filtro Externo Lateral: \$ 90,000 , 2020-6 Externo - Base: \$ 90,000	

**Recibos de Caja** Mostrando 1 - 2 de 2

No.	Fecha	Estado	Valor Programado	Valor Recaudado	Valor Final	Fecha de Pago	Pagado?	Tipo de Cobro	FormadePago	Concepto Programado	Acción
193570	2020-11-13	Auditoría - No Pago	34200				no	Cuenta Moderadora		Cuenta Moderadora 2020-6 \$ 7,200 , 2020-10: \$ 13,500 , 2020-11: \$ 13,500	
193571	2020-11-13	Auditoría - No Pago	90000				no	Dal'agos y Multas		2020-6 Filtro Externo Central: \$ 90,000 , 2020-6 Filtro Externo Lateral: \$ 90,000 , 2020-6 Externo - Base: \$ 90,000	

apps.inteligentia.net/webfirmasecura/Docs/D20201113/OK\_OXP\_162697\_248912

**Dirección:** MZ 9 CS 11 VILLA DEL BOSQUE CUBA (PEREIRA)

**ORDENES DE SERVICIO**

- SERVICIO TECNICO A DOMICILIO - A Domicilio (130349884) **ANULADA - Convertida**
- MANTENIMIENTO CONCENTRADOR Tecnico - A Domicilio (130350096) **Exitosa**

**MOVIMIENTO DE EQUIPOS**

Códigos Equipos Entregados	Códigos Equipos Recogidos
CONCENTRADOR 5LTM (S/N: NN-1365B)	

**REVISIÓN TÉCNICA**

**Presión:** 6.7      **Con O2:** 94.3 %      **Filtro de Aire:** Cambio

**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA**

**COBROS**

6:04 p. m. 13/11/2020