

Fecha Remisión: 19/06/20 Remisión #: 118674 Auxiliar Mantenimiento: **Romeo** No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: 20200800000921 Fecha Inicio: 19/06/20 Hora Inicio Labor: 11:10 Fecha Fin: 12:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: NO FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (L0-E5)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	030	60	970	SI	SI	SI	E5	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Mantenimiento Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 1 hr Generó Alarma: No

2. RUIDO EXTRAÑO: SI No 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas SI Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno SI Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: sin novedad

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: buen estado 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI Con Sobre calentamiento: NO

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5.5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	buen estado
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	buen estado
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	buen estado
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: buen funcionamiento

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	L0
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARAMETROS DE BALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (L0-E5)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	32	65	975	SI	SI	SI	E5	NO	SI	SI	SI	SI	SI	buen estado

FIRMA MANTENIMIENTO: **Romeo**

LIBERACIÓN DE EQUIPOS

PARAMETROS	LIBERACIÓN DE EQUIPOS													OBSERVACIONES			
	En Mantenimiento													EQUIPO LIBERADO	Fecha Liberación		
	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	DECIBELES	LIMPIEZA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA TARJETA DE FLUJO	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	(Si-No)	(Si-No)
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 99%)	(Si-No)	(45 - 70 dB)	(Si-No)	(Si-No)	Encendido (Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	BASE (Si - No)	MANIJA (Si - No)	(Si-No)	(Si-No)		
	32	6A	955	X	51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	REGISTRO MANTENIMIENTO CRM													Fecha de registro		Firma responsable de registro en CRM	

Equipo probado
 Fecha Liberación: *19.11.2020*
 FIRMA LIBERACIÓN: *[Firma]*

RECEPCIÓN ALMACÉN

No. Remisión	Fecha de Remisión	Recibo equipo a conformidad	Si	No
Motivo de no conformidad			FIRMA ALMACEN	

REVISIÓN POR RECHAZO EN LIBERACIÓN Y/O ALMACÉN

REPUESTOS ADICIONALES USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No	Prueba	Descripcion	Resultado
1			
2			
3			
4			
5			
6			

LABORES REALIZADAS

PARAMETROS	LIBERACIÓN DE EQUIPOS													OBSERVACIONES			
	En Mantenimiento													EQUIPO LIBERADO	Fecha Liberación		
	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		(Si-No)	(Si-No)	
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 99%)	(Si-No)	Desconexi (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-E5)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	BASE (Si - No)	MANIJA (Si - No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)		
	REGISTRO MANTENIMIENTO CRM													Fecha de registro		Firma responsable de registro en CRM	

FIRMA MANTENIMIENTO

LIBERACIÓN DE EQUIPOS (POR RECHAZO INICIAL)

PARAMETROS	LIBERACIÓN DE EQUIPOS (POR RECHAZO INICIAL)													OBSERVACIONES			
	En Mantenimiento													EQUIPO LIBERADO	Fecha Liberación		
	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	DECIBELES	LIMPIEZA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA TARJETA DE FLUJO	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	(Si-No)	(Si-No)
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 99%)	(Si-No)	(45 - 70 dB)	(Si-No)	(Si-No)	Encendido (Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	BASE (Si - No)	MANIJA (Si - No)	(Si-No)	(Si-No)		
	REGISTRO MANTENIMIENTO CRM													Fecha de registro		Firma responsable de registro en CRM	

FIRMA APROBACION PROCESO - JEFE INFRAESTRUCTURA

[Firma]

FECHA

19 NOV 20.