Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Mv - 4370 B

21/11/20 9:22 — 21/11/20 11:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] — FECHA INICIO AISLAMIENTO: — FECHA FIN AISLAMIENTO:

BITUMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UT. APROBE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	CONDUCTIVIDAD	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	Flujo a 0	VELOCIDAD	FILTROS	FASE	CONDICION DE CAMBIO: Cambio	Cambio	Cambio	
	uS/cm	L / Min	Min. Max.	L/ Min										
	1889	6.3	95.3	Si	Si	Si	10	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant.

DIAGNOSTICO TALLER

1. CICLADO	Tiempo de ciclado	90min	Ciclado Activo: X
2. RUIDO LETHARGO	SI: Y	3. ESTADO DE RODILLOS:	X — 4. ESTADO DE LOS RODILLOS: X
5. DAÑOS ENCONTRADOS			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno: Si:

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila S.S.	Verificar voltaje de la misma	4.5V
	Prueba de Fugas	Se verifica ausencia de fugas en el equipo	OK
	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido y en algunos casos luces	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba Simulacion	Descripcion	Resultado
	Flujo a 0 (Cierre Manguera)	Se verifica ausencia de fugas en el equipo	Si
	Flujo Alterno	Se verifica la ausencia de fugas en el equipo (cierre a 0) Flujo a 0	Si
	Desconexion electrica	Se verifica	activo
	Desconexion sensor de flujo	Se verifica	activo
	Funcionamiento alarma de fugas	Se verifica funcionamiento de alarma	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	CONDUCTIVIDAD	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	Flujo a 0	VELOCIDAD	FILTROS	FASE	CODIGO DE CAMBIOS: Cambio	Cambio	ALARMAS	OBSERVACIONES
	uS/cm	L / Min	Min. Max.	L/ Min										
	1889	6.3	94.8	Si	Si	Si	10	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento Wilmer G.