# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| Versión 1 | Fecha Actualización 05/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACION DEL EQUIPO**

| Codigo Equipo | DT200617135 | Fecha Inicio | 27/11/20 10:03 | Fecha Fin | 27/11/20 11:40 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO**

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

**AREA DE MANTENIMIENTO**

**PARAMETROS DE ENTRADA**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESION (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI- No) | FILTROS (SI- No) | BASE (SI- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B14 | 8.2 | 47.8 | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Mant. preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buen X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Buen X | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buena | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | | Con Sobrecalentamiento | |

**DIAGNÓSTICO TALLER**

**SET DE PRUEBAS**

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 6.5. V | Verifica voltaje de la pila | OK |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electronicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | OK fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

**Descripcion del diagnóstico identificado**

**REPUESTOS USADOS**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**LABORES REALIZADAS**

**PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR**

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activacion de alarmas (L... LO - ES) | N.A |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo ... LO - ES) | N.A |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activacion alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | N.A |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | N.A |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

**PARAMETROS DE SALIDA**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESION (0-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI- No) | FILTROS (SI- No) | BASE (SI- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 815 | 8.2 | 97.5 | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO