

Horometro	25513	Alarma Sonora	OK
Clase de Labor	Reparacion	Observaciones Entrada a Taller	SE RECOCIO EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, CON BAJA PUREZA.
Responsable Liberación		Fecha de Finalización	2020-10-08 13:52

Reparación de Daños Internos

Repuestos	Repuesto	Cantidad	Precio Und.	Total
		1	\$ 0	\$ 0
		1	\$ 0	\$ 0
	Compresor - Empaque-Junta de Culata	2	\$ 750	\$ 1.500
	Neumatico - Filtro de Aire	1	\$ 2.500	\$ 2.500
	Otro - Tamices	2	\$ 0	\$ 0

Reparación de Daños Externos

Reparaciones	Reparado?	Repuesto	Cantidad	Precio Und.	Total
	Si	Acople Plastico Yuyue - Tubo a Humidificador (Rosca)	1	\$ 0	\$ 0

Costos del Mantenimiento

Precio por Hora MO (\$)	40	Total Mano de Obra (\$)	2,767
Total Repuestos (\$)	4,000	Costo Total (\$)	6,767

Información Adicional

Fecha de Mantenimiento	2020-10-08
------------------------	------------

ID	Fecha	Equipo	Estado	Incidente	Detalle	Usuario	Acción
2516329	2019-04-30 09:15	EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO	APROBADO (2019-04-30 09:00:00)	5646146	EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO - EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia (2019-04-30 08:51:00)	jforez	editar
2514943	2019-04-29 17:16	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia (2019/04/29) - AM	APROBADO (2019-04-29 09:00:00)	734668	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia - EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO (2019-04-29 09:00:00)	jforez	editar
2513846	2019-04-29 08:46	EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO	APROBADO (2019-04-29 08:42:00)	5640368	EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO - EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia (2019-04-29 08:42:00)	jforez	editar
2508996	2019-04-26 16:05	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia (2019/04/26) - AM	APROBADO (2019-04-26 00:00:00)	734668	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia - EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO (2019-04-26 00:00:00)	jforez	editar
2508189	2019-04-26 08:46	EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO	APROBADO (2019-04-26 08:42:00)	5629449	EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO - EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia (2019-04-26 08:42:00)	jforez	editar
2506568	2019-04-25 18:44	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia (2019/04/25) - AM	APROBADO (2019-04-25 00:00:00)	734668	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia - EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO (2019-04-25 00:00:00)	jforez	editar
2505240	2019-04-25 08:30	EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO	APROBADO (2019-04-25 08:34:00)	5623406	EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO - EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia (2019-04-25 08:34:00)	jforez	editar
2505208	2019-04-25 08:26	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia (2019/04/24) - AM	APROBADO (2019-04-25 00:00:00)	734668	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia - EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO (2019-04-25 00:00:00)	jforez	editar
2502858	2019-04-24 08:31	EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO	APROBADO (2019-04-24 08:32:00)	5617969	EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO - EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia (2019-04-24 08:32:00)	jforez	editar
2500792	2019-04-23 16:42	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia (2019/04/23) - AM	APROBADO (2019-04-23 00:00:00)	734668	EJE CAFETERO: EjeC - Sede - Armenia - EjeC - Sede OXIMEDICINALES Armenia APROBADO (2019-04-23 00:00:00)	jforez	editar

Daños Reportados Mostrando 1 - 3 de 3

Asunto	Equipo	Incidente	Tipo de Daño	Ponderación del Daño (Reportado)	Cantidad	Valor	Estado	Daño Reparado?	Acción
1. 900101 - 3 - Dano total x1: CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-4183B)	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-4183B)	Incidente No. 8721: CARLOS RIOS - 10016405	Cable de Poder	3 - Dano total	1	20000	Reparado	si	editar
2. 900104 - 3 - Dano total x1: CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-4183B)	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-4183B)	Incidente No. 8721: CARLOS RIOS - 10016405	Switch de Encendido - 7F-5	3 - Dano total	1		Reparado	si	editar
4. 3806842 - 1 - Dano visible pero muy leve x1: CONCENTRADOR SLT	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-4183B)	Incidente No. 14059: Crastian Agudelo - 1088024346	Acople Plastico Yuyue - Tubo a Humidificador (Rosca)	1 - Dano visible pero muy leve	1		Reparado	si	editar