ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

MN-350 | 6/04/21 10:40 | 6/04/21 8:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [V] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pre	Trigger	REMILAS	ALTAS	SAS	CODIGO DE BANDAS	BUBLAS	OBSERVACIONES
	1014	6.2	88.9	S	S:	S:	Ei	Si	S:	S:	S: S:	S:	Mant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 10 min — X — El
2. RUIDO EXTRAÑO: S: [ ] NO [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: [Y] — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: [X]
5. LINEAS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Fuera: S: — Con Fuera operacional:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila E.S.		4.7V
	Prueba de Fugas		OK
	Conexion electrica		OK
	Conexion electronica		OK
	Prueba de alarma		Puerta

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tubo refrigeracion	1			
	filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulacion	Descripcion	Resultado
	Fuga Cuerpo Superior		ES
	Fuga Interna		L
	Conexion electrica		Bueno
	Conexion Sonda de Flujo		Bueno
	Conexion de cables de alarma		Bueno

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pre	Trigger	REMILAS	ALTAS	SAS	CODIGO DE BANDAS	BUBLAS	OBSERVACIONES
	1014	6.3	92.0	Si	Si	S:	Es	Si	Si	Si	S: S:	S:	Correcto funcionamiento