



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10  
 Código: GAD-MAA-FR-006  
 Versión: 1 Fecha Actualización: 30/08/2016  
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remisión # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
 Código Equip: NV-3395 Fecha Inicio: 06/04/21 Fecha Fin: 07/04/21 13-33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI  NO  X FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	DARO	CLASE DARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	FECHA FIN AISLAMIENTO	REQUERIDO CAMBIADO
							SI
							NO
							SI
							NO
							SI
							NO
							SI
							NO
							SI
							NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OILÍMETRO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fugo a F" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	RUEDA (SI-NO)		
En Mantenimiento	6.2	6.2	6.2	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mont. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		30 min	Generó alarma	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3. ESTADO DE MANGUERAS	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo a fuerte	OK fuerte
6	Otras		
7	Otras		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Rotámetro - Betinera	2			
	Quillos	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fugo = 0 (Cable Bq/metro)	Se verifica activación de alarmas (LI - (L) - ES)	NO
2	Fugo Mismo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LI)-(L)ES)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Bq	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Distrib. manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OILÍMETRO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fugo a F"				BASE	RUEDA		
En Mantenimiento	6.2	6.2	6.2	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Finalizar Correctamente Intimamente