ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	SN2146000	Fecha Inicio	10/24/21 9:43	Fecha Fin	10/24/21 11:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60S)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 60S)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	23365	6	91.4	5l	5l	Si	N.A	Si	5l	Si	N.A	Si	Si	Mnt. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bien		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l	Con Sobrecalentamiento				

PROTOCOLO DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60S)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 60S)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	23367	6.4	97.6	17	5l	5l	N.A	5l	5l	5l	N/A	5l	5l	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	