ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

17JSS186220 13/04/21 10:03 13/04/21 11:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELAYS	LED'S	CABLES	CORRECTO BUENAS	FUGAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fila	Flujo						
	367	8.1	97.6	Si	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A Si	Si

Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de encendido 90 min

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DE MANGUERAS: [X]

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: [X]

5. OTROS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LOS CONECTORES: Buenos

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Check Flujo		OK
	Prueba de Fugas		OK
	Conexión eléctrica		OK
	Conexión electrónica		OK
	Prueba de alarma		Fuerte

Descripción del diagnostico encontrado

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Check Flujo		N.A
	Prueba de Fugas		N.A
	Conexión eléctrica		OK
	Conexión electrónica		N.A
	Prueba de alarma		N.A

PARAMETROS DE SALIDA

	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELAYS	LED'S	CABLES	CORRECTO BUENAS	FUGAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fila	Flujo						
	367	83	97.6	Si	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A Si	Si

Funciona Correctamente

Wilson G.