ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MN - 304 B

13/04/21 7:57 — 13/04/21 10:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [V]

FECHA INICIO AISLAMIENTO

FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EX REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

SINTOMA REPORTADO POR OPERACION DE SERVICIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	Horometro	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pila	Tiempo de Alarma	NO ALLA	NO PITO	BATE	CODIGO DE BARRAS	PRUEBA	OBSERVACIONES
	24741	6497.5	Si	Si	Si	ES	<	Si	Si	Si	Si	Si	Flash Correctivo

1. USUARIO — Tiempo de la prueba: 2 horas. — X

2. PRUEBA EXTERNA — Si: X — 1. ESTADO DE MANGUERAS: E — 1. SISTEMA DE RETROALIMENTACION: (X) — X

1. UNIDAD RETROALIMENTADA

1. ESTADO DE LA CAMARA: Bueno — 1. CONTROL DE TEMPERATURA — Si

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
			4.80
			OK
			OK
			OK
			fuerte

Observaciones del Diagnostico Realizado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Ventilador	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
			ES
			lo
			Bueno
			Bueno
			Bueno

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	Horometro	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pila	Tiempo de Alarma	NO ALLA	NO PITO	BATE	CODIGO DE BARRAS	PRUEBA	OBSERVACIONES
	25701	6294.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

Wilmer G.