Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Recepción | Mantenedor | Fecha Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NOV - 39798 | Fecha: 17/04/21 7:45 | Fecha: 28/04/21 10:11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTÓ	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

SISTEMA REHABILITADO OPERADOR DE SERVICIO

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

No.	Horómetro	Presión	Caudal	Fluxómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pitido	Flujo x 0"	Pruebas	Fusible	Alarma	Código de barras: Prueba	Prueba	Observaciones
1	14773	66977	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Rev. preventivo

1. CALAVO: Fecha de la última calibración
2. TUBOS EXTRAS: V
3. CODIGO DE MANGUERAS: V
4. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: V
5. CARGO REALIZADO:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			4.70
			OK
			OK
			OK
			Fuck

Observaciones del diagnóstico realizado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO	DESCRIPCIÓN	VALOR

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			ES
			Lo
			OK
			OK
			OK

PARÁMETROS DE SALIDA

No.	Horómetro	Presión	Caudal	Fluxómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pitido	Flujo x 0"	Pruebas	Fusible	Alarma	Código de barras: Prueba	Prueba	Observaciones
1	14775	63964	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

Técnico