



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMAYO
Codigo: SAG-MAN-PR-008
Version: 1
Fecha Actualización: 05/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: MW-3368B
Fecha Inicio: 6/5/2012
Fecha Fin: 7/5/2012
Hora: 11:55

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI, NO, X
FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, BANDA, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes handwritten entry 'Zanja lateral' with quantity '2'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento: HIGROMETRO, PRESION, OMBRINO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like '6.3', '96.6', '90 min', 'Bueno'.

Tabla de pruebas con columnas: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for voltage, leaks, electrical connections, and alarm.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Tabla de pruebas con columnas: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, flow, and electrical disconnection.

En Mantenimiento: HIGROMETRO, PRESION, OMBRINO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values and signature 'Villanar G.'.