ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAM-FR-008
Version: 1 | Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-1595B	Fecha Inicio	16/04/21 9:16	Fecha Fin	16/04/21 11:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ANOTAR NOVEDADES OPERACIONALES DEL EQUIPO

TALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	O. SUMINISTRO	REQUIERE CAMBIO?			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DADO POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5s-6s)	Pila (5s-6s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELEVOS (5s-6s)	FILTROS (5s-6s)	BASE (5s-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (LL-NO)	MANILLA (SI-NO)	RUEDAS (SI/NO)	OBSERVACIONES
	16116	6.4	94.7	5l	5s	5s	ES	5s	5s	5s	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	35 min	Generó Alarma	NO	SI X	Cual?	Lo
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5?	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Lo
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Termo	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarilla y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5s-6s)	Pila (5s-6s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELEVOS (5s-6s)	FILTROS (5s-6s)	BASE (5s-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (LL-NO)	MANILLA (SI-NO)	RUEDAS (SI/NO)	OBSERVACIONES
	16118	6.3	97.6	5s	5s	5s	ES	5s	5s	5s	NO	5s	5s	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO